

# НАРКОСТОП

Морфин  
Каталоговый номер W 14-S

НАРКОСТОП на морфин представляет собой однотазную тестовую экспресс-систему для качественного определения морфина и его основных метаболитов в моче пациента при наличии определенной пороговой концентрации. Только для применения *in vitro*.

## НАЗНАЧЕНИЕ

НАРКОСТОП на морфин фирмы Wondfo предназначен для определения морфина в моче человека путем иммунохроматографического анализа. Чувствительность определения для морфина составляет 200 нг/мл. Данное исследование является качественным и предварительным. Для подтверждения полученного результата рекомендуется использование дополнительных химических методов. Предпочтение отдается газовой хроматографии/масс-спектрометрии (GC/MS, ГХ/МС). При применении теста на определение любого наркотического вещества следует учитывать также клинические данные и профессиональную оценку ситуации в целом, особенно при получении положительных первичных результатов.

## ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Опиаты, такие как героин, морфин и кодеин являются производными смолы снотворного мака. Основными метаболитами опиатов являются морфин, морфин-3-глюкуронид, норморфин и кодеин с периодом полужизни около 3 часов. Героин быстро метаболизируется до морфина. Таким образом, и морфин, и морфина глюкуронид могут определяться в моче человека, принимавшего героин. В организме кодеин также метаболизируется до морфина. Таким образом, присутствие морфина (или его метаболита морфина глюкуронида) в моче свидетельствует об употреблении героина, морфина и/или кодеина.

## ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕСТА

НАРКОСТОП на морфин фирмы Wondfo представляет собой конкурирующий иммунологический тест, используемый для скрининга наличия морфина в моче. Имеет вид хроматографической абсорбционной системы, в котором морфин и его метаболиты в образце конкурентно взаимодействуют с ограниченным числом мест связывания на конъюгате, окрашенном антителами.

При погружении абсорбирующего конца тестовой системы в образец мочи, моча подвергается капиллярной абсорбции, смешивается с окрашенным антителами конъюгатом и растекается вдоль покровной мембраны. Если концентрация наркотического вещества находится на уровне пороговой или выше, свободные молекулы связываются с окрашенным антителами конъюгатом, предотвращая связывание последнего с комплексом наркотического вещества-белок в реакционной зоне. Это предотвращает появления четкой окрашенной полоски в реакционной зоне, что указывает на возможный положительный результат.

Если концентрация наркотического вещества в образце равна нулю или ниже пороговой (чувствительности теста), окрашенный антителами конъюгат связывается с комплексом наркотического вещества-белок, зафиксированным в реакционной зоне.

Это приводит к появлению цветной тестовой полоски, которая, вне зависимости от интенсивности окрашивания, указывает на отрицательный результат. Для контроля проведения теста, в том случае, если тест был выполнен правильно, в контрольной зоне появляется контрольная полоска.

## ВНИМАНИЕ

1. Только для наружного применения. Не глотать.
2. Выбрасывать сразу после использования. Не использовать повторно.
3. Не использовать по истечении срока годности.
4. Не использовать при надрыве или нарушении целостности упаковки.
5. Беречь от детей.
6. Не интерпретировать тест по истечении 5 минут.

## СОСТАВ НАБОРА

1. Упаковка содержит тестовую систему и влагопоглотитель. Влагопоглотитель необходим для хранения продукта и не используется для проведения теста.
2. Одна инструкция по применению на 100 наборов.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре 4 ~30°C в целой упаковке до истечения срока годности. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, влаги или высокой температуры. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ.

## СБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦА

Собрать образец мочи в стакан для сбора мочи. Образцы мочи можно хранить в холодильнике (2-8° C) до сорока восьми часов. Для более длительного хранения, образцы следует заморозить (-20° C и ниже).


Перед проведением теста замороженные или сохраненные в холодильнике образцы следует разморозить при комнатной температуре. Для проведения теста использовать необходимое количество мочи.

## ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА

Тест следует проводить при комнатной температуре (от 18° C до 30° C).

1. Достаньте тестовую полоску из герметичной упаковки.
2. Погрузите полоску в мочу таким образом, чтобы напечатанная на полоске стрелка указывала в сторону мочи. Извлеките полоску через три секунды и положите на чистую, сухую, невпитывающую поверхность (например, устье контейнера для сбора мочи).
3. Оцените результаты в течение пяти минут. По истечении указанного времени результат не является достоверным.

**ВАЖНО:** следите за тем, чтобы уровень мочи не превышал отметки MAX (показана линией), иначе результат теста может оказаться ошибочным.



## ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

### Положительный (+)

В контрольной зоне определяется ярко-розовая полоска. В тестовой зоне цветная полоска отсутствует. Это указывает на наличие соответствующего наркотического вещества в специфической тестовой зоне.


### Отрицательный (-)

Ярко-розовая полоска определяется в контрольной и соответствующей тестовой зонах. Это указывает на то, что концентрация соответствующего наркотического вещества в специфической реакционной зоне равна нулю или ниже пороговой.

### Дефектный

Если цветная полоска не определяется в контрольной зоне или определяется только в тестовой зоне, тест проведен некорректно. Для повторного теста следует использовать другую тестовую систему. Пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем, у которого вы приобрели тестовую систему, и сообщите ему серийный номер.

**Внимание:** Интенсивность цвета или ширина полоски не имеют значения в оценке результатов теста.



## КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Несмотря на наличие внутренней системы контроля в виде полоски в контрольной зоне, для подтверждения результатов теста и верификации правильного его проведения, рекомендуется использование внешних систем контроля. Положительный и отрицательный контроль должны давать ожидаемые результаты. Положительные результаты тестирования должны быть подтверждены дополнительными методами, такими как GC/MS.

## ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Данный тест разработан только для оценки образцов мочи. Не предназначен для использования других биологических образцов.
2. Наличие примесей в образцах мочи может приводить к неправильным результатам. Активные окислители, например, хлорная известь (гипохлорит) могут окислять анализируемое наркотическое вещество. Если имеются подозрения на наличие примесей в образце мочи, следует собрать другой образец.
3. Данный тест является качественным и скрининговым. Не предназначен для количественного определения концентрации наркотического вещества и степени интоксикации.

## РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### А. Чувствительность

НАРКОСТОП на морфин имеет порог определения образцов как положительные в 200 нг/мл для морфия. Доказано, что тестовая система определяет наличие морфина в моче при концентрации выше, чем 200 нг/мл, в течение 5 минут.

### В. Специфичность и перекрестная реактивность

Для оценки специфичности теста, тестовая система использовалась для определения морфина, его метаболитов и других соединений того же класса, которые вероятно присутствовали в образцах мочи. Все соединения добавлялись к нормальной моче человека, с нулевой концентрацией наркотических веществ. Приведенные ниже концентрации также отражают ограничения определения специфических наркотических веществ или метаболитов.

Соединение	Концентрация (нг/мл)
Morphine	200
Codeine	200
Ethyl Morphine	200
Hydrocodone	5000
Hydromorphone	5000
Morphine-3-β-d-glucuronide	1000
Thebaine	30000

### С. Конкурирующие соединения

Принимая во внимание сложный химический состав клинических образцов мочи и возможность присутствия в них потенциально конкурирующих соединений, в частности, ацетоуксусной кислоты, ацетона, альбумина и др., аналогичные ситуации были смулированы путем последовательного добавления в образец потенциально конкурирующих соединений в известной концентрации. Приведенные ниже вещества в концентрации 100 мкг/мл не повлияли на перекрестной активности при использовании НАРКОСТОПа на морфин.

4-Acetamidophenol	Lebetalol
Acetophenetidin	Loperamide
N-Acetylprocainamide	Maprotiline
Acetylsalicylic acid	Meperidine
Aminopyrine	Meprobamate
Amitypyline	Methadone
Amorbarbital	Methoxyphenamine
Amoxicillin	(+) 3,4-Methylenedioxyamphetamine
Ampicillin	(+) 3,4-Methylenedioxyamphetamine
L-Ascorbic Acid	Nolidixic acid
D.L.-Amphetamine	Nalorphine
Apomorphine	Naloxone
Aspartame	Naltrexone
Atropine	Naproxen
Benzillic acid	Niacinamide
Benzoic acid	Nifedipine
Benzoyllecgonine	Norethindrone
Benzphetamine	D-Norpropoxyphene
Billirubin	Noscapine
(+) Chlorpheniramine	D.L.-Octopamine
Caffeine	Oxalic acid
Cannabidiol	Oxolinic acid
Chloralhydrate	Pentobarbital
Chloramphenicol	Perphenazine
Chlorthiazide	Phencyclidine

(+) Chlorpheniramine  
Chlorpromazine  
Chlorquine  
Cholesterol  
Clomipramine  
Clonidine  
Cocaine hydrochloride  
Cortisone  
(-) Cotinine  
Creatinine  
Dextromethorphan  
Diclofenac  
Difenisal  
Diaoxin  
Diphenhydramine  
Doxylamine  
Ecgonine dydrochloride  
Ecgonine methylester  
(-)ψ-Ephedrine  
Fenoprofen  
Furosemide  
Gentisic acid  
Hemoglobine  
Hydrocortisone  
O-Hydroxyhippuric acid  
p-Hydroxymethamphetamine  
3-Hydroxytyramine  
Ibuprofen  
Imipramine  
Iproniazid  
(+) Isoproterenol  
Isoxsuprine  
Ketamine  
ketoprofen

Phenelzine  
Phenobarbital  
Phentermine  
L-Phenylephrine  
β-Phenylethylamine  
Phenilpropanotamine  
Prednisone  
D.L.-Propranolol  
D-Propoxyphene  
D-Pseudoephedrine  
Quinine  
Ranitidine  
Salicylic acid  
Secobarbital  
Serotonin  
Sulfamethazine  
Sulindac  
Tetrahydrocortisone, 3 Acetate  
Tetrahydrocortisone, (5-D glucoronide)  
Tetrahydrozoline  
Thiamine  
Thioridazine  
D.L.-Tyrosine  
Tolbutamine  
Triamterene  
Trifluoperazine  
Trimethoprim  
Tryptamine  
D.L.-Tryptophan  
Tyramine  
Uric acid  
Verapamil  
Zomepirac

## ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ

	См. инструкцию по применению		Количество тестов в наборе		Дата изготовления
	Только для диагностики in vitro		Срок годности		Вторично не использовать
	Хранить при температуре 4-30° C		Серийный номер		Каталоговый номер
	Тестовая кассета		Стакан для сбора мочи		Влагопоглотитель
	Положительный		Отрицательный		Дефектный
	Хранить вдали от света/влаги		Пипетка		



Производитель Guangzhou Wondfo Co., Ltd.  
Wondfo Scientech Park  
South China Univ. of Technology  
Guangzhou 510641 China



CE Полномочный представитель Qarad b.v.b.a.  
Vollmolenheide 13  
B-2400 Mol, Belgium